

3.5.4 ชุดเครื่องมือจับสแตนเลสสตีล เชื่อมติดกับแป้นสแตนเลสสตีล

3.6 เก้าอี้ด้านหลังคนขับ

- 3.6.1 ชุดเบาะนั่งได้ออกแบบเป็นพิเศษเฉพาะรถพยาบาล มีความแข็งแรง ทนทาน จำนวน 1 แถว พร้อมเข็มขัดนิรภัย ไม่น้อยกว่า 1 จุด เสริมพองน้ำและบุ PVC
- 3.6.2 โครงสร้างทำจากไฟเบอร์กลาส รองรับน้ำหนักผู้นั่งได้อย่างเหมาะสมด้านล่างใช้สำหรับเก็บอุปกรณ์แปลงไฟ
- 3.6.3 เบาะนั่งและพนักพิงทำจากฟองน้ำอย่างดี ไม่แข็งกระด้างและนิ่มจนเกินไป พร้อมบุด้วยPVC เข้ารูปกับสรีระ และน้ำหนักรถของผู้นั่ง
- 3.6.4 เข็มขัดนิรภัย ทำจากผ้าไนลอน มีความเหนียวและทนต่อแรงดึงสูง สามารถล็อกและปลดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ที่นั่ง

3.7 นาฬิกาติดผนังระบบดิจิทัล

3.7.1 นาฬิกาบอกเวลาติดผนังรถพยาบาล แบบดิจิทัลบอกรายละเอียดของ วัน เดือน ปี พร้อมเวลาอย่างละเอียด

3.8 ฐานรองเตียงไฟเบอร์กลาส

- 3.8.1 Stretcher Base เหมาะสำหรับรถพยาบาล
- 3.8.2 สามารถเก็บ Spine Board หรือ Scoop Stretcher ไว้ด้านใต้ได้

4. เงื่อนไขเฉพาะ

4.1. สำหรับตัวรถยนต์

- 4.1.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตโดยตรง หรือผู้นำเข้าโดยตรงหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าโดยตรงหรือเป็นผู้ประกอบติดตั้งรถพยาบาลที่มีประสบการณ์การประกอบติดตั้งอุปกรณ์รถพยาบาล ให้กับหน่วยงานของทางราชการ โดยแนบหลักฐานมาพร้อมในวันยื่นเอกสาร
- 4.1.2 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล
- 4.1.3 ผู้ซื้อสามารถนำรถยนต์พยาบาลเข้าใช้บริการในศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐาน ที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าโดยตรง โดยแนบหลักฐานในวันยื่นเอกสาร
- 4.1.4 รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 50,000 กิโลเมตร (ห้าหมื่นกิโลเมตร) หรือระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่รับมอบของครบเป็นต้นไป สุดแต่อย่างใดจะถึงก่อนหากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่าเว้นแต่กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ
- 4.1.5 มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด
- 4.1.6 มีแผนผังการเดินสายไฟฟ้าและระบบท่อออกซิเจนทั้งหมดในส่วนของห้องพยาบาล โดยแนบมากับเอกสาร ในวันยื่นเอกสาร
- 4.1.7 ผู้ขายต้องให้บริการในการบำรุงรักษารถพยาบาลฉุกเฉิน โดยไม่คิดมูลค่าค่าแรงภายในระยะเวลา หรือระยะทาง ที่ศูนย์บริการมาตรฐานตามข้อ 1.4
- 4.1.8 ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์พยาบาลให้แล้วเสร็จโดยไม่คิดมูลค่า
- 4.1.9 รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินที่ส่งมอบต้องพันวัสดุกันสนิมโดยมีหนังสือรับรองการประกันสนิม 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตรโดยพันที่ตำแหน่งต่าง ๆ ของตัวรถดังนี้
 - 4.1.9.1 ภายในประตูและตามบล็อกรถตัวถังรอบคัน
 - 4.1.9.2 บริเวณห้องเครื่องและตามตะเข็บ
 - 4.1.9.3 บังโคลนและใต้ท้องรถ

4.2 ห้องพยาบาล

- 4.2.1 อุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ติดตั้งต้องเป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์ใหม่ทุกชิ้น ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 4.2.2 รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับของเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นต้นไป
- 4.2.3 สำหรับครุภัณฑ์การแพทย์
 - 4.2.3.1 ครุภัณฑ์การแพทย์ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งาน หรือในการสาธิตมาก่อน
 - 4.2.3.2 ผู้เสนอราคาต้องยื่น Catalog ตัวจริง หรือแบบรูป แสดง ยี่ห้อ, รุ่น, ประเทศผู้ผลิต ของครุภัณฑ์การแพทย์

ในหมวด ข. มาทั้งหมดในวันยื่นเอกสาร

- 4.2.3.3 หากเกิดการชำรุดขัดข้องภายในระยะเวลารับประกันและทำการแก้ไขแล้วถึง 3 ครั้ง ผู้ขายต้องนำชิ้นส่วนหรืออะไหล่ใหม่มาเปลี่ยนให้
- 4.2.3.4 จัดฝึกอบรมบุคลากรหรือหน่วยงานที่ใช้ในการบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์รุ่น (Model) ที่ส่งมอบโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น
- 4.2.3.5 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
- 4.2.3.6 ผู้ขายต้องทำหนังสือรับประกันคุณภาพเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี ให้แก่ผู้ซื้อ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับของเรียบร้อยแล้ว
- 4.2.3.7 อุปกรณ์และเครื่องมือครุภัณฑ์การแพทย์ช่วยชีวิตฉุกเฉินที่ออกแบบให้ยึดติดกับตัวถังรถ ต้องยึดติดได้อย่างมั่นคงแข็งแรงไม่หลุดง่ายขณะรถกำลังขับเคลื่อน
- 4.2.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งรูปแบบ (Shop Drawing) ทั้งภายนอกและภายในที่แสดงตำแหน่งอุปกรณ์ และ
- 4.2.5 ครุภัณฑ์การแพทย์ตามข้อกำหนดในวันยื่นเอกสาร
- 4.2.6 ในกรณีที่ Catalog มีหลายรุ่น (Model) และ/หรือ Option ผู้เสนอราคาต้องระบุให้ชัดเจนผู้เสนอราคาต้องทำเครื่องหมายให้ชัดเจนที่ Catalog ว่าตรงตามคุณลักษณะเฉพาะข้อใด

ราคาพยาบาล (รถตู้) 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

เงื่อนไขประชุม เพื่อพิจารณาคูณลักษณะและราคาพยาบาล (รถตู้)

มติที่ประชุม เห็นชอบร่วมกันและให้เสนอผู้บริหารพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

กรรมการ

(นางจุลณี จันทรสุวงศ์)

พยาบาลวิชาชีพ 8วช

กรรมการ

(นายพลาริป ไวยเวทย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(นางชนิษฐา คุ่มปณติตย)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม